



7.9.2015

Kopeptiinimäärityksen tutkimusnumero ja viitearvot muuttuvat

Tutkimus Plasman kopeptiini P -Kopept , 6356

Aihe Tutkimusnumero- ja viitearvomuutos. Tutkimus pysyy muuten ennallaan.

Tausta Alihankintalaboratorio siirtyy **15.9.2015** alkaen käyttämään **plasman kopeptiinitutkimukselle kuntaliiton tutkimusnumeroa ja uusia viitearvoja**. Muutokset tulevat tuolloin käyttöön myös ISLABissa. Uusi tutkimusnumero on **KL 6356**.

Kopeptiinin **viitearvot suhteutetaan osmolaliteettipitoisuuteen**, joten samanaikaisesti kopeptiinimäärityksen kanssa on määritettävä seerumin osmolaliteetti (**2443 S -Osmol**). Osmolaliteettimääritys ei sisälly kopeptiinitutkimukseen vaan on pyydetty erikseen.

Uusia viitearvoja käytetään 15.9.2015 alkaen vastattaviin määrittäisiin.

Viitearvot

| P -Kopept | S -Osmol (samaan aikaan otettu näyte) |
|-------------------|--|
| < 11,6 pmol/l | 270 - 280 mosm/kg H ₂ O |
| 1,0 - 13,7 pmol/l | 281 - 285 mosm/kg H ₂ O |
| 1,5 - 15,3 pmol/l | 286 - 290 mosm/kg H ₂ O |
| 2,3 - 24,5 pmol/l | 291 - 295 mosm/kg H ₂ O |
| 2,4 - 28,2 pmol/l | 296 - 300 mosm/kg H ₂ O |

Kari Punnonen
johtava ylilääkäri
toimitusjohtaja

Jarkko Romppanen
osastonylilääkäri

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
OA:KERANA
Internet, intranet