



14.7.2020

Näytteenotto adenovirusantigeenin (F -AdenAg, 1011) tai rotavirusantigeenin (F -RotaAg, 2594) osoittamiseksi ulostenäytteestä

Näytteenottovälineet:

- ulostenäytepurkki (kierrekorkillinen muoviasia)
- tarralappu nimitietoja varten

Näytteenotto:

1. Virtsarakko tyhjenetään tarvittaessa ennen ulostamista (virtsa ei tulisi päätyä näytteeseen).
2. Ulostetaan puhtaaseen, kuivaan astiaan (esim. potta, kertakäyttöastia, puhtaalla muovipussilla (esim. pakastepussi) suojattu sopiva astia).
3. Ulostetta siirretään ulostenäytepurkkiin noin puoli purkillista. Korkki suljetaan huolellisesti.
4. Tarralappuun kirjoitetaan **nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä**. Tarralappu liimataan näytepurkin kylkeen.
5. Näytepurkki pakataan pieneen muovipussiin. Jos mukana on paperilähete, se jätetään pussin ulkopuolelle.

Näytteen säilytys ja toimitus laboratorioon:

Näyte ja mahdollinen lähete tulee toimittaa laboratorioon näytteenottopäivänä huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa. Kuljetusta odottava näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa.

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin.