ISLAB LABORATORIOKESKUS

7.6.2023

HEMOCUE HB -MITTARI, KONTROLLILOMAKE **Liite 2.**

Kontrollin eränumero: _____

Kontrollin tavoite, g/l (mean): _____

Kontrollin tavoiteväli, g/l (range): _____

TOIMIPISTE:				
Pvm	Kontrolli	Testikyvetin eränumero	Saatu tulos (g/l)	Tekijä

- Kontrolli tehdään päivittäin, jos mittauksia tehdään useita päivässä ja vähintään kerran viikossa ja aina kyvettierän vaihtuessa.
- Mitatun kontrollin tulee olla hyväksytyissä rajoissa. Mikäli tulos on tavoitearvoista poikkeava, uusi kontrolli uudesta pullosta. Potilasnäytteitä ei analysoida ennen kuin kontrolli on ok.
- Vaihda kontrollilomake kontrollierän vaihtuessa ja kirjaa ylös uusi eränumero ja kontrollin tavoitearvo.

SUOMALAISTA PALVELUA