

Päivämäärä

## UUDEN INR-MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTO

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Laitteen sarjanumero, nimi (tarrasta) |  |
| Toimipiste                            |  |

### Potilasnäytevertailu:

| NÄYTENUMERO | Tulos INR<br>50284 (pikamittari) | Tulos INR 4520 (la-<br>boratorio) | Ero yksiköissä |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1           |                                  |                                   |                |
| 2           |                                  |                                   |                |
| 3           |                                  |                                   |                |
| keskiarvo   |                                  |                                   |                |

Suurin sallittu ero hoitoalueella (INR 2-3,5) 0,5

**Tulokset lähetetään vertailun valmistuttua vastuukemistille tällä lomakkeella (tarvittaessa sähköpostilla)**

☐

Mittari hyväksytään käyttöön

☐

Mittaria ei hyväksytä käyttöön /Kommentit:

|            |           |                          |
|------------|-----------|--------------------------|
| Päivämäärä | Hyväksyjä | Hyväksyjän allekirjoitus |
|            |           |                          |

Päivämäärä