

Muutoksia fosfatidyylietanoli (B -PEth) -tutkimuksessa 24.11.2025.**Tutkimus**

B -Fosfatidyylietanoli

12510 B -PEth

Aihe

ISLAB siirtää alihankintalaboratoriosta omaan tuotantoonsa B -PEth-tutkimuksen 24.11.2025 alkaen. Määritysmenetelmä (LC-MS/MS) säilyy muutoksessa ennallaan. Seurantapotilaiden tulostaso saattaa kuitenkin olla hieman aikaisempaa matalampi. Suosittelemme tutkimuksen kontrollointia seurantapotilailla, jos tulos poikkeaa aiemmasta tasosta. Tulostason lievällä muutoksella ei ole vaikutusta tutkimuksen tulkintarajoihin.

Tulkinta

alle 0.05 µmol/l: Ei alkoholin käyttöä. Menetelmän alin vastattava tulos on 0.05 µmol/l.
0.05 - 0.30 µmol/l: Kohtalainen käyttö
yli 0.30 µmol/l: Runsas käyttö

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta KYS Puijon laboratorioon.

Päivi Ylikangas
Johtava ylilääkäri

Jarkko Romppanen
osastonylilääkäri

Johanna Miettinen
sairaalakemisti

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

ISLABin osastonhoitajat

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Internet, intranet

OA_KERANA, OA_LOGIST, OA_TIETOH