

F -MikrNhO -tutkimuksen laboratoriovastauksista on puuttunut *Clostridioides difficile* -tulos 4.6.2025-22.5.2026 välisenä aikana

Tutkimus

[MIKROBIT, NUKLEIINIHAPPO \(KVAL\),
ULOSTE](#)

[F -MikrNhO \(54341\)](#)

Aihe

Mikkelin mikrobiologian laboratoriossa 4.6.2025-22.5.2026 tehdyistä F -MikrNhO -tutkimuksista on puuttunut *C. difficile* -tulos. Syynä tähän on analyysilaitteelle tehty ohjelmistopäivitys. Ohjelmistopäivityksen jälkeen *C. difficile* -tulos on jäänyt pois raportoiduista tuloksista. Virhe on korjattu 23.5.2026 laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Analysoitujen näytteiden *C.difficile*-tuloksia ei kuitenkaan voida palauttaa takautuvasti analyysilaitteen tiedostoista.

F-MikrNhO on tarkoitettu sairaalahoitoisten akuuttien gastroenteriittien diagnosointiin. Mahdollinen *C.difficile* -löydös on kliinisesti merkitsevä vain, jos taudinkuva sopii *C. difficile* -infektioon ja potilaalla on ollut edeltävä mikrobilääkehoito tai altistuminen. Muussa tilanteessa kyseessä voi olla oireettoman kantajan ei-merkittävä löydös.

Jos potilaan ripulin epäillään liittyvän mikrobilääkehoitoon, on ensisijainen tutkimus F -*Clostridioides difficile*, nukleinihappo (kval) (F -CldTNhO, 6141). Koska F -MikrNhO -testin käyttöindikaatio ei ole mikrobilääkehoitoon liittyvän ripulin diagnosointi, on puuttuvan *C. difficile* -tuloksen vaikutus arvioitu kliinisesti vähäiseksi.

Päivi Suomala
sairalamikrobiologi

Terhi Tuhkalainen
sairalamikrobiologi

Päivi Ylikangas
Ylilääkäri, aluelaboratorion
johtaja

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat
Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Internet, intranet