17.11.2026

Joensuun laboratorion P -Natrium -tutkimuksissa yksittäisiä virheellisiä tuloksia 15.-16.11.2026

Tutkimus / Tutkimukset

P-Natrium	P -Na (3622)

Aihe

15.-16.11.2026 välisenä aikana Joensuun laboratoriossa on laiterikon takia vastattu yksittäisiä virheellisiä P -Natrium -tuloksia. Kyseisenä aikana rikkoutuneella laitteella vastatut tulokset on tarkistettu, ja virheellisesti vastatut tulokset korjattu. Virheellisistä tuloksista on oltu yhteydessä hoitoyksikköön.

Henna Stenberg	Jarkko Romppanen	Jari Lappalainen
Sairaalakemisti	Osastonylilääkäri	Aluelaboratorion johtaja

Jakelu
ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat
Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Internet, intranet
OA_KEMAUT